

呼吸道合胞病毒探针法 qRT-PCR 试剂盒

Respiratory Syncytial Virus Probe qRT-PCR Kit

目录号: ml104663

使

用

说

明

书

病毒形态为球形,直径为 120~300 nm, 有包膜,基因组为非分节段的单负链 RNA,编码 10 种 蛋白质,只有一种血清型 , 主要引起 6 个月以下婴儿患细支气管炎和肺炎等下呼吸道感染, 以及

呼吸道合胞病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)属于副黏病毒科的肺病毒属(Pneumovirus),

较大儿童和成人的鼻炎、感冒等上呼吸道感染。因此快捷灵敏地对其诊断具有重要意义。本产品就

是以探针法荧光定量 RT-PCR 技术为基础开发的专门检测呼吸道合胞病毒的试剂盒,它有下列特

点:

产品及特点

- 1. 即开即用,用户只需要提供样品 RNA 模板。
- 2. 引物和探针经过优化, 灵敏度高, 可以达到 100 拷贝/反应。
- 3. 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。

上海酶联生物科技有限公司 电话: 400-898-798 电邮: 2881505699@qq.com



- **4.** 特异性高,引物是根据呼吸道合胞病毒 RNA 高度保守区设计,不会跟其他病毒 RNA 发生交叉 反应。
- 5. 既可以用于定性,又可用于定量。定量时其线性范围不少于五个数量级。
- 6. 本产品足够 50 次 20 µL 体系的探针法荧光定量 RT-PCR 反应。
- 7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

成分	规格	包装
探针法 qRT-PCR 缓冲液	500µL	0.5mL 蓝盖管
探针法 qRT-PCR 酶混合液 v2	50μL	0.5mL 红盖管
荧光 PCR 模板专用稀释液	1mL	1.5mL 绿盖管
呼吸道合胞病毒 qRT-PCR 引物-探针干粉	50 次	1.5mL 棕色管
呼吸道合胞病毒 qRT-PCR 阳性对照(1E7 拷贝/μL)	50μL	0.5mL 黄盖管
使用手册	1份	无

本产品采用五孔盒包装

注 意: 引物-探针干粉在使用前需要短暂离心, 然后在离心管中加入 165 µL 的超纯水充分混匀后再使用, 未用完的需要-20℃保存。

一、稀释标准曲线样品(以 1E1-1E6 拷贝/µL 这 6 个 10 倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。

使用方法

- 1. 标记 6 个离心管, 分别为 6、5、4、3、2、1。
- 2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液,用带芯枪头,下同)。
- 3. 在 6 号管中加入 5 μL 1E7 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供), 充分震荡 1 分钟, 得 1E6 拷贝/



μL 的标准曲线样品。放冰上待用。

- 4. 换枪头,在5号管中加入5 μL 1E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 5. 换枪头, 在 4 号管中加入 5 μL 1E5 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1E4 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 6. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 RNA 的制备

- 7. 如果有 N 个样品,设置 N+2 个提取,多出的一个是 PC (样品制备阳性对照),一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 上步所得 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟核酸制备试剂盒所要求的起始样本体积一样,以此作为 PC。另外用水作为 NC。
- 8. 用自选方法纯化样品的 RNA, 本试剂盒跟市场上大多数病毒 RNA 提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

三、Probe qRT-PCR 反应(20 µL 体系,在样品制备室进行)

- 9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复,则标记 N+9 个 RT-PCR 管,其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品,1 个用于 RT-PCR 阴性对照(用水做模板),6 个用于标准曲线。如果做定性分析并 且只做 1 次重复,则标记 N+4 个 RT-PCR 管,其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品,1 个用于 RT-PCR 阴性对照(用水做模板),1 个用于 RT-PCR 阳性对照(直接用第 6 步第 4 号管的阳性 对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
- **10.** 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):

成分	样品管 N+2 个	RT-PCR 阴性对照管	标准曲线样品管	
	TTHE TOTAL	THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP	(1-6 管)	




探针法 qRT-PCR 缓冲液	各 10µL	10µL	各 10µL
探针法 qRT-PCR 酶混合液 v2	各 1µL	1μL	1µL
呼吸道合胞病毒 qRT-PCR 引物-探针干粉	各 3µL	3µL	各 3µL
待测样品 RNA 模板	各 6µL	不加	不加
超纯水	不加	6µL	不加
第6步所得标准曲线样品稀释液(1-6号)	不加	不加	各 6µL

11. 盖上盖子后上机,按下面参数进行 RT-PCR:

过程	温度	时间
逆转录	50℃	10min
预变性	95℃	10min
DCD FF	95℃	15sec
PCR 反应	6096	30 sec(采集 FAM 通道的荧光信号,淬灭基团
(45 个循环)	60℃	为 BHQ1)

四、数据处理

- **12.** 如果样本制备阳性对照或 PCR 阳性对照(包括标曲样本)结果为阴性,则整个实验无效,不需要分析数据,需要重新样本制备,重新进行 PCR 扩增或跟厂家联系。如果样本制备阴性对照或 PCR 阴性对照结果为阳性,说明环境污染,则整个实验无效,不需要分析数据,需要跟厂家联系。
- 13. 如果阴性对照和阳性对照均正常,则实验有效,可以进入后续分析。
- **14.** 如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值,再推算出其浓度。
- **15.** 如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照 Ct 必须没有读数,或者大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct 值应该小于 40。对待测样品,如



	果其 Ct 没有读数、大于或等于 40 则均为阴性,如果小于 40 则为阳性。
自备试剂	样品 RNA。
运输及保存	低温运输,-20℃保存,有效期 2 年。